



Casablanca, le 08/09/2023

OBJET : REPONSE A LA DEMANDE D'INFORMATION DES CONCURRENTS RELATIVE A L'AO N° 16/2023

OBJET : FOURNITURE DE MATERIEL POUR LE LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE - LNM

A la suite des demandes de clarification des concurrents, nous vous communiquons les informations suivantes :

Questions :

- 1) Détails (marque, numéro de pièce et numéro de série) des poids et de l'instrument d'affichage que vous disposez ?
- 2) Est-ce que vous exigez ou non le système d'étalonnage ?
- 3) Quelle est la plus petite taille (en N.M ou [lb.f.in](#)) du transducteur de couple (de préférence avec un numéro de pièce) que vous souhaitez calibrer.
- 4) Quelle est la lecture de la gravité à l'emplacement ?
- 5) Selon BS 7882-2017 quelle est la classe de précision proposée ?
- 6) Admettez-vous la certification UKAS ?

Réponses

- 1) Nous disposons du matériel suivant : Série de masses Zwiebel, instruments d'affichage HBM-MGC plus et Norbar T-BOX XL
- 2) Oui, nous exigeons le disque d'étalonnage ainsi que la poutrelle de 60Nm avec ses accessoires.
- 3) La plus petite taille en N.M est : 2 N.m
- 4) La lecture de la gravité à l'emplacement est : 9.796338 m/s²
- 5) La classe de précision proposée est Classe 0.1 selon BS 7882-2017.
- 6) Oui, l'accréditation UKAS est admise.

Pour tout complément d'information veuillez nous contacter à l'adresse suivante : dir.dla@lpee.ma.